

Performance Reporting

Die Zuverlässigkeit von Implantaten kann durch die Erfassung und Bewertung beobachteter Ausfälle bestimmt werden. Diese Daten dienen dann dem Arzt bei der Auswahl seiner Produkte. Nur solche Produkte darf der Arzt einsetzen, deren Zuverlässigkeit nachgewiesen ist.

Nicht alle Zuverlässigkeitsberichte (Performance Reports) halten einer kritischen Überprüfung stand. Als Ursache dafür kommen in Betracht:

- Overreporting
- Underreporting
- Beschränkung auf Rücksendungen
- Anwenderfehler
- Leitlinienfehler

Der Arzt muss deshalb die vorgelegten Zuverlässigkeitsberichte einer kritischen Analyse unterziehen.

Im Seminar wird aufgezeigt, welche Parameter wesentlich sind, um Zuverlässigkeitsberichte auf deren Aussagewert überprüfen zu können und wie der Arzt erkennt, auf welche Berichte er sich stützen kann, wenn er ein zuverlässiges Produkt auswählen will.